

Numer referencyjny: OGMiI.271.45.18

Świeradów Zdrój, dnia 2018-11-15

**Wykonawcy zainteresowani udziałem  
w postępowaniu****ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ**

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w dniu 27.09.2018 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

**Dostawa wyposażenia do pracowni do rejestracji obrazu oraz ciemni fotograficznej, na potrzeby Centrum Muzealno - Kulturalnego w Świeradowie - Zdroju, ul. Dworcowa 1.**

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie 1

**„Pozycja nr 8 Podgrzewacz do kuwet**

W związku z brakiem dostępności produktu spełniającego wymagania Zamawiającego. Zwracamy się z prośbą o usunięcie z opisu przedmiotu zamówienia ww. pozycji. Według naszych informacji wymagany sprzęt został wycofany z produkcji, a na rynku nie ma produktu "zamiennego"."

Pytanie 2

**„Pozycja nr 1 Maskownica**

Wymagana przez Zamawiającego maskownica o rozmiarach 30x40 jest produkowana na indywidualne zamówienia, a czas oczekiwania wynosi ponad 2 miesiące co uniemożliwia zrealizowanie zamówienia w terminie. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jako maskownicy o poniższych parametrach:

*"Wysokiej jakości maskownica do ustawiania ramki na naświetlanym papierze pod powiększalnikiem. Maksymalny rozmiar papieru 28x36 cm, a rozmiar ustawianego marginesu 5-12 mm. Regulacja przymiarów jest możliwa podczas poniesionej ramki."*

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowych kwestiach jest następujące:

Ad 1.

Zamawiający rezygnuje z zamówienia w tym zakresie i usuwa z opisu i przedmiotu zamówienia pozycję nr 8 – podgrzewacz do kuwet. **Pozycji nie należy wyceniać.**

Ad 2.

Zamawiający dokonuje zmiany opisu dotyczącego maskownicy:

**Wysokiej jakości maskownica do ustawiania ramki na naświetlanym papierze pod powiększalnikiem. Maksymalny rozmiar papieru 28x36 cm a rozmiar ustawianego marginesu 5-12 mm. Regulacja przymiarów jest możliwa podczas poniesionej ramki.**

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Wykonawcy sporządzając ofertę zobowiązani są do uwzględnienia powyższych zmian.

Powyższa zmiana treści SIWZ stanowi jej integralną część i nie powoduje przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert.

Zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Burmistrz Miasta  
/-/ Roland Marcniak

.....  
(Zamawiający)